

计量授权证书附件



序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification on Specification Referred to
1	数字压力计	(0 ~ 100) MPa	0.1级及以下	JJG 875
2	压力变送器	(0 ~ 100) MPa	0.1级及以下	JJG 882
3	漫透射视觉密度计	(0.0 < D ≤ 5.0)	MPE: ±0.02 (0.0 < D ≤ 2.0) ±1% (2.0 < D ≤ 4.0) ±2% (4.0 < D ≤ 5.0)	JJG 920
4	充电设施在线检定模块	交流电压: 57.7 V ~ 380 V 交流电流: 1 A ~ 100 A 频率: 45 Hz ~ 65 Hz 相位: 0° ~ 360° 直流电压: -1000 V ~ -10 V 10 V ~ 1000 V 直流电流: -500 A ~ -5 A 5 A ~ 500 A 时间: 0 ~ 24h 温度: (-25 ~ 75) °C	0.2级及以下	JJG (皖) 235
5	直流电阻测试仪	电阻: 0.01 mΩ ~ 100 kΩ 电流: 1 mA ~ 10 A	0.2级及以下	JJG 1205
6	电力电流互感器	(5 ~ 5000) A / (5, 1) A	0.1S级及以下等级	JJG 1189.3
7	电力电压互感器	(2 ~ 35) kV / 100 V (2 ~ 35) / $\sqrt{3}$ kV / 100 / $\sqrt{3}$ V	0.1级及以下等级	JJG 1189.4
8	皮托管	(5 ~ 30) m/s	L型工作级皮托管: α = (0.99 ~ 1.01) S型皮托管 α = (0.81 ~ 0.86)	JJG 518
9	轻便三杯风向风速表	(0.2 ~ 30) m/s	MPE: ± (0.5 m/s + 0.02 × v)	JJG 431
10	水表检定装置	DN (2.5 ~ 300) mm	0.2级及以下	JJG 1113
11	标准表法流量标准装置	DN (2.5 ~ 300) mm	0.1级及以下	JJG 643
12	液体流量标准装置	DN (2.5 ~ 300) mm	0.1级及以下	JJG 164
13	浮子流量计	气体: (0.0003 ~ 120) m³/h 液体: (0.00036 ~ 200) m³/h	1.0级及以下	JJG 257
14	自动定量装车系统	(0 ~ 100) t	0.2级、0.5级、1级、2级	JJG 1170

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
15	自动检重秤	(0 ~ 1) t	XI级、XII级、XIII级、XIII级	JJG (皖) 109
16	A型显示脉冲式超声探伤仪 (含数字式超声波探伤仪)	(0 ~ 101) dB	衰减器误差: ± 1.0 dB/20 dB ± 2.0 dB/60 dB 幅度线性误差: 不大于4%时基线性误差: 数字超声探伤仪不超过 $\pm 0.5\%$, 其他超声探伤仪不超过 $\pm 1\%$	JJG 746
17	无创自动测量血压计	(0 ~ 40) kPa	静态压力示值最大允许误差: ± 0.4 kPa (首次检定) ± 0.5 kPa (后续检定和使用中检验) 血压示值重复性: ≤ 0.7 kPa	JJG 692
18	多参数监护仪	电压: (0.5 ~ 2.0) mV 频率: (1 ~ 25) Hz 心率: (30 ~ 200) 次/min 压力: (0 ~ 40) kPa 脉搏血氧饱和度: (70 ~ 100) % 脉率: (30 ~ 200) 次/min 呼吸率: (10 ~ 60) 次/min	电压MPE: $\pm 10\%$ 扫描速度MPE: $\pm 10\%$ 幅频特性MPE: $\pm 5\% \sim 30\%$ 心率MPE: $\pm$ (示值的5%+1) 次/min 压力MPE: ± 0.4 kPa 或者 ± 2 读数 (两者取其大), 重复性不大于0.4 kPa; 压力泄漏率不大于0.8 kPa/min (或6 mmHg/min) 脉搏血氧饱和度: (70 ~ 84) % 时, 示值重复性不大于3% (85 ~ 100) % 时, 示值重复性不大于2% 脉率MPE: $\pm$ (示值的5%+1) 次/min 呼吸率MPE: ± 2 次/min 呼末二氧化碳浓度MPE: $\pm$ (示值的8%+0.43) kPa 或 $\pm$ (示值的8%+0.43%) 体积百分比或 $\pm$ (示值的8%+3.2) mmHg	JJG 1163
19	个人和环境监测用X、 γ 辐射热释光剂量测量系统	0.1 mSv ~ 10 Sv	MPE: $\pm 10\%$	JJG 593
20	红外碳硫分析仪	碳: 0.005% ~ 4.00% 硫: 0.003% ~ 0.200%	碳: MPE: $\pm(0.002 \sim 0.030)$ % 硫: MPE: $\pm(0.001 \sim 0.010)$ % 重复性: 碳 $\leq 0.8\%$ 硫 $\leq 3.0\%$	JJG 395
21	自动高速碳硫分析仪	碳: 0.030% ~ 4.00% 硫: 0.003% ~ 0.200%	碳: MPE: $\pm(0.010 \sim 0.050)$ % 硫: MPE: $\pm(0.001 \sim 0.015)$ % 重复性: 碳 $\leq 3.0\%$ 硫 $\leq 4.0\%$	JJG 395

发证日期: 2026-09-09 (扩项)

-----以下空白-----